

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

PERFECT-DENT Sp. z o.o.

Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna

Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna Filia nr 1

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2

- Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na :
 - uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące; KODAK CS 2200 – Zezwolenie DPWIS Nr 141/14, PLANMECA ProX - Zezwolenie DPWIS Nr 1782/14.
- Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:
 - dawkomierzy środowiskowych -w ciągu minionych 12 miesięcy (od 01.01.2019r. Do 31.12.2020r.) zmierzona dawka efektywna wyniosła: poniżej 1 mSv/rok.
- Jednostka wykonuje pomiary dozymetryczne osłon stałych: poniżej 1 mSv/rok.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

- pracownicy: 20mSv/rok;
- ogół ludności : 1mSv/rok.

Uwaga:

- na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
- Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

**pomiary dozymetryczne : do wyboru : dozometr indywidualny, dozometr środowiskowy lub oba*